

ESCLARECIMENTOS

EDITAL Nº. 02/2006/CPP

Objetivando esclarecer os questionamentos suscitados pelas empresas quanto a alguns itens do **EDITAL Nº. 02/2006/CPP**, seguem abaixo retificação/esclarecimentos relativos ao processo e itens do Anexo I – Descrição dos Materiais do referido edital.

Pergunta: Tem que ser menor preço global? Qual a possibilidade de ser menor preço por item?

Resposta: Este processo será mantido do Tipo Menor Preço Global

Pergunta: Como efetuar a compra de produtos controlados pela Policia Federal acima da cota permitida?

Resposta: As instituições, onde as atividades de pesquisa estão sendo realizadas, possuem tal documentação, que deverá ser apresentada pelas respectivas instituições mencionadas em cada lote, quando da entrega dos produtos, obedecendo a cota permitida para cada instituição

Pergunta: Item 3 do Lote 1... Lamina 24x40 pode ser substituída por 24x50?

Resposta: Sim

Pergunta: Item 49 do Lote 1 Placa de Petri 50x20, pode ser substituída por 60x15mm?

Resposta: Não

Pergunta: Item 50 Lote 1 ... Placa de Petri 150x20, pode ser substituída por 150x25mm?

Resposta: Sim

Pergunta: Item 22 Lote 1 ... Microtubo 1,5 ml só temos caixa c/ 1000?

Resposta: não será necessário uma quantia tão alta, podendo ser oferecido um 1 (um) pacote com até 50 unidades

Pergunta: Item 58 Lote 1 ... Tubo de ensaio 15ml, foi solicitado apenas 1 (uma) unidade?

Resposta: A quantia correta é 1 (um) pacote com 50 (cinquenta) unidades

Pergunta: Item 7 Lote 1 ... Lamina de bisturi, qual o número da lamina?

Resposta: Nº. 03

Pergunta: Item 32 Lote 1 ... Termômetro para estufa, qual a temperatura máxima e mínima?

Resposta: De 0 a 100

Pergunta: Itens 35, 36 e 37 Lote 1 ... Pipeta é graduada ou volumétrica?

Resposta: Graduada

Pergunta: Itens 39, 40 e 41 ... Pinça histológica, qual o comprimento?

Resposta: Tamanho padrão, cerca de 15 cm

Pergunta: Item 59 Lote 1 ... Grade é para tubo de medida? De 15 cm?

Resposta: Sim, para conter os tubos solicitados neste processo

Pergunta: Item 72 Lote 1 ... Espátula de inox com colher, definir comprimento?

Resposta: Padrão de uso diário

Pergunta: Item 73 Lote 1 ... Espátula de inox miligramas, definir a finalidade do material e sua utilização.

Resposta: Medidas em miligramas das drogas usadas como controle positivo

Pergunta: Item 76 Lote 1 ... Pinça de inox ponta reta, qual o comprimento?

Resposta: Tamanho padrão, similar a anatômica

Pergunta: Item 81 Lote 1 ... Cromatoplaça poliéster, qual a granulometria?

Resposta: 0,25

Pergunta: Item 93 Lote 1 ... Tubetes, o que seria tubetes?

Resposta: De uso comum em entomologia, frasco de vidro fundo chato, pode ser maior que tubo de ensaio.

Caso permaneçam dúvidas, gentileza contatar a Sra. Rose pelo telefone (65) 3615 8005.

Profa. Dra. Marinêz Isaac Marques
Presidente da Comissão de Compras e de Licitação