

ESCLARECIMENTOS

EDITAL Nº 02/2008/ CPP

Objetivando esclarecer os questionamentos suscitados pelas empresas quanto a alguns itens do **EDITAL Nº 02/2008/ CPP**, seguem abaixo esclarecimentos relativos aos Itens do Anexo I – Descrição dos Equipamentos do referido Edital.

Pergunta: Os itens 18, 19, 20, 21, 24 e 25 não apresentam suas respectivas características. Gostaria de obter mais especificações técnicas destes itens.

Resposta:

Item 18 – P/N 95107 – sg 1 sprayer – Borrifador que gera gotas com diâmetro 15 – 20 mm, incluindo o frasco para o reagente em teflon.

Item 19 – P/N 95116 – TLC Spreading Device – Equipamento para preparação de placas cromatográficas 20/20 cm.

Item 20 – P/N 80320 – Photo Documentatios system complete – Cabine para revelação de placas cromatográficas em 254 nm e 366 nm com Câmera Polaroid com adaptador da câmara, e com saída USB para computador.

Item 21 – P/N 95118 – TLC Spreading template – Placas em vidro com várias fases estacionárias. EX: Celulose, Poleamida, Sílica Gel 60, adsorbesil-plus.

Item 24 – Agitador magnético com chapa de aquecimento e sistema de agitação, com velocidade controlada por sensor ótico.

Item 25 – Banho-Maria com controle da temperatura termostatizada de ambiente a 100 graus celsius.

Caso permaneçam dúvidas, gentileza contatar a Sra. Lílian Souza pelo telefone (65) 3615-8005.

Profa. Dra. Marinêz Isaac Marques
Presidente Comissão de Compras e de Licitação